



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : (213) 2010432/501
Fax : (213) 2010419
Email : promithies@1ypatt.gr

Αθήνα 21-4-2017

Αρ.. Πρωτ.: 16841

ΠΡΟΣ:

Εταιρείες

1. ΑΝΤΙΣΕΛ ΑΦΟΙ Α. ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ
2. LIFE SCIENCE CHEMILAB ΑΕ
3. ΚΕΚΗ ΑΕ

Και τους υποψηφίους ναδόχους και κάθε ενδιαφερόμενο της διακήρυξης 5/2017 του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη προμήθεια Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό (29 αναλυτές) με αρ. πρ. 13187/24-3-17 & αρ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 40038

ΘΕΜΑ: Απαντήσεις στις διευκρινιστικές ερωτήσεις για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (αρ. διακ. 5/2017) για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό (29 αναλυτές)» (αρ. πρωτ. 13187/24-3-2017 και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 40038)

Σας διαβιβάζουμε σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.3. (Παροχή Διευκρινίσεων) της Διακήρυξης (5/2017) με αρ. πρ.13187/24-3-2017 και αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 40038, τις διευκρινιστικές ερωτήσεις που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ μέχρι και την 21-04-2017 και αφορούν τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την προμήθεια «Αντιδραστηρίων Βιοχημικών Εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό (29 αναλυτές)».

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη, οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής:

1. Κοινοποιούνται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
2. Αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ.
3. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΗΡΑ

Εσωτερική Διανομή:
Γραφείο Υποδιοικήτριας
Τμήμα Προμηθειών

**Απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση Εταιρείας ANTIΣΕΛ – ΑΦΟΙ Α.
ΣΕΛΙΔΗ ΑΕ.**

1^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Στο πλαίσιο της συμμετοχής μας θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στη διακήρυξη αναφέρεται ότι η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι οκτώ (8) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Αντιθέτως στο ΕΣΗΔΗΣ αναφέρεται ότι η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι 270 ημέρες. Παρακαλώ διευκρινίστε μας ποιο είναι το ορθό και μέχρι πότε θα πρέπει να ισχύει η εγγυητική επιστολή συμμετοχής καθώς η ημερομηνία που αναφέρεται στο υπόδειγμα ενδέχεται αν είναι εσφαλμένη.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι 8 μήνες (240 ημέρες) και εκ παραδρομής αναφέρθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ ότι η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι 270 ημέρες.

Απάντηση σε διευκρινιστική ερώτηση Εταιρείας LIFE SCIENCE CHEMILAB A.E.

1^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Αναφορικά με την ανωτέρω διακήρυξη στην σελ. 52 ζητείται να συμπληρωθεί ο πίνακας της οικονομικής προσφοράς από την οποία θα προκύπτει το τελικό συνολικό κόστος ανά εξέταση, λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο ζωής των αντιδραστηρίων, τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά, υγρά πλύσης και καθαρισμού, ηλεκτρόδιο, οροί ελέγχου και βαθμονόμησης κτλ.

Όλα τα ανωτέρω υλικά που χρειάζεται ένα Βιοχημικός Αναλυτής για να λειτουργεί απρόσκοπτα, η κατανάλωσή τους συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑ ΑΝΑΛΥΤΗ βάση των δειγμάτων του κάθε εργαστηρίου.

Επίσης γνωρίζουμε και αποδεχόμαστε ότι βάση της διακήρυξης θα προσφέρουμε ενιαία τιμή αντιδραστηρίων και ίδιο εξοπλισμό για τα 29 εργαστήρια, αλλά για να μπορέσουμε να υπολογίσουμε σωστά και αξιόπιστα με ποσότητες που θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες, επιβάλλεται να γνωρίζουμε όλες οι εταιρείες που συμμετέχουμε τον ακριβή αριθμό εξετάσεων ανά αναλυτή.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Βάση του πίνακα των Κ.Υ. και Μ.Υ. που θα τοποθετηθούν οι αναλυτές και βάση των αιτούμενων εξετάσεων, οι εξετάσεις ανά αναλυτή μοιράζονται ισόποσα στους 29 αναλυτές. Βάση του πίνακα των Δημόσιων Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τμήμα 2) που θα τοποθετηθούν οι αναλυτές και βάση των αιτούμενων εξετάσεων που ζητούνται (Τμήμα 1), οι εξετάσεις ανά αναλυτή μοιράζονται ισόποσα στους 29 αναλυτές. Διευκρινίζεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης παραμένει η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εξετάσεων συμπ/νων των αναλωσίμων όπως ζητείται στη Διακήρυξη.

**Απαντήσεις σε διευκρινιστικές ερωτήσεις
Εταιρείας ΚΕΚΗ ΑΕ Αντιπροσωπείες – Εισαγωγές Ιατρικά
Μηχανήματα Εργαστηριακά.**

1^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα υποβολής των προσφορών για τον ως άνω διαγωνισμό και συγκεκριμένα στο πεδίο «Πρόσθετες παράμετροι κεφαλίδας (φορέας και προμηθευτής)» αναφέρεται ότι ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 270 ημέρες. Αντιθέτως στην ως άνω Διακήρυξη (5/2017) σελ. 27, αναφέρεται ότι «Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα οκτώ (8) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού». Δεδομένης της ανωτέρω ασάφειας, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε το χρόνο ισχύος των προσφορών.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι 8 μήνες (240 ημέρες) και εκ παραδρομής αναφέρθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ ότι η ισχύς των προσφορών θα πρέπει να είναι 270 ημέρες.

2^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Το άρθρο 2.1.5 [Εγγυήσεις] της διακήρυξης (σελ.13) ορίζει, μεταξύ άλλων το εξής : «... Την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται...». Δεδομένου ότι το Υπόδειγμα 2 «Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης» (σελ 55) ορίζει διαφορετικό χρονικό περιθώριο, και συγκεκριμένα τρεις (3) ημέρες, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε το χρονικό περιθώριο καταβολής του ποσού της Εγγύησης για την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 72 παρ. 4 θα κατατεθεί εντός 5 ημερών και όχι όπως – εκ παραδρομής- αναφέρθηκε στο υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εντός 3 ημερών.

3^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Δεδομένου ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ποσό της Εγγύησης Συμμετοχής που αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικών στην παρ. 2.2.2 (2.2.2.1), σελ 14 της Διακήρυξης, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε ποιο είναι το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Διαγωνισμό της 04.05.2017.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Το ποσό που αναφέρεται αριθμητικώς (ήτοι 17.256,00€) είναι το ορθό και όχι το ποσό που σημειώθηκε ολογράφως εκ παραδρομής (ήτοι 17.258,00€).

4^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Αναφερόμενοι στο Ευρωπαϊκό Ένιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα εξής:

- I. Στο Μέρος II (Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα), σελ 2 του εγγράφου, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν, από παραδρομή, με τον αιτούμενο «αριθμό ΦΠΑ», εννοείτε «αριθμό ΑΦΜ».

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Εννοείται ο ΑΦΜ και όχι ο ΦΠΑ.

- II. Στο μέρος II (Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα), σελ. 3 του εγγράφου και σχετικά με το ερώτημα «κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [πχ βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής]»

παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν πρέπει να υποβάλλουμε τα στοιχεία εγγραφής μας στο ΕΒΕΑ (ή ανάλογο επαγγελματικό επιμελητήριο) ή στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ (Τμήμα Μητρώου).

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Από τους προσφέροντες επιλέγεται το ΝΑΙ ή ΟΧΙ και κατατίθενται από τον προσωρινό ανάδοχο όποτε ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή.

- III. Στο Μέρος II (Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα), σελ. 4 του εγγράφου και σχετικά με το ερώτημα «ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/-ες για τις οποίες ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά» παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν με τον όρο «παρτίδα/-ες» εννοείτε το τμήμα της προμήθειας για το οποίο θα υποβάλουμε προσφορά. Εάν όχι, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «παρτίδα/-ες».

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Επειδή η προσφορά υποβάλλεται για το σύνολο, ως παρτίδα νοείται το σύνολο των εξετάσεων και των αναλυτών.

- IV. Στο Μέρος IV (Κριτήρια επιλογής), σελ 17 του εγγράφου και δεδομένου ότι η εταιρεία μας – όπως και οι λοιπές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο ίδιο αντικείμενο-είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και όχι στο Τεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν ο όρος «επαγγελματικό μητρώο» αναφέρεται ή περιλαμβάνει και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «επαγγελματικό μητρώο».

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Το «Επαγγελματικό Μητρώο» περιλαμβάνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

- V. Στο μέρος IV (Κριτήρια επιλογής), σελ. 18 του εγγράφου παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν ο όρος «εμπορικό μητρώο» αναφέρεται στο Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «εμπορικό μητρώο».

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Το εμπορικό μητρώο αναφέρεται στο Τμήμα Μητρώου/Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.

- VI. Στο μέρος V «Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων», σελ 19 του εγγράφου και δεδομένου ότι :

α) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω μέρος, ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο.

β) στην διακήρυξη δεν ορίζονται κριτήρια για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που προσκαλούνται να υποβάλουν προσφορά.

γ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ως άνω μέρος, αυτό αφορά κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν, το συγκεκριμένο μέρος, περιλήφθηκε στο ως άνω έντυπο από παραδρομή. Σε αντίθετη περίπτωση, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα πιστοποιητικά ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα που πρέπει να υποβάλουμε με την προσφορά μας.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός, διεθνής και ως εκ τούτου δεν υπάρχει περιορισμός του αριθμού των υποψηφίων.

5^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Στην παρ. 2.2.6 (γ) σελ. 17 της Διακήρυξης, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο «συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και ανίχνευσης»

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Οτι αναφέρεται αναλυτικά στις τεχνικές προδιαγραφές και ζητείται.

6^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.6 (α) έως (δ), σελ. 17 δηλ. τις αιτούμενες 3 συμβάσεις προμηθειών αντιδραστηρίων, το τεχνικό προσωπικό, κλπ πρέπει να κατατεθούν με την προσφορά μας, δεδομένου ότι το αντίστοιχο πεδίο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) δεν επιτρέπει την ανάρτηση – επισύναψη αρχείων.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Σας γνωρίζουμε ότι τα δικαιολογητικά θα κατατεθούν εντός 3 ημερών μαζί με την εγγυητική συμμετοχής σε ξεχωριστό φάκελο (με τεχνική προσφορά) και μαζί με ότι άλλο ζητείται από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.

7^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Παρακαλούμε να μας επιβεβαιώσετε ότι τα δικαιολογητικά της παρ. 2.2.9.2 B1 έως B9, σελ 19-20, πρέπει να κατατεθούν μόνο κατά το στάδιο της Κατακύρωσης και όχι με την υποβολή της Προσφοράς μας.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά θα αναφερθούν κατά το στάδιο κατάθεσης και θα κατατεθούν μόνο από τον προσωρινό ανάδοχο όταν του ζητηθεί.

8^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Στην παρ. 2.4.3.2 (B) σελ 25 της Διακήρυξης, ζητείται μεταξύ άλλων το εξής: «να επισυναφθούν πιστοποιητικά (του συμμετέχοντος, αλλά και του κατασκευαστή του τελικού προϊόντος)...» Δεδομένου ότι δεν υπάρχει σαφής αναφορά, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε σε ποια συγκεκριμένα πιστοποιητικά αναφέρεστε.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Οτι πιστοποιητικά CE και ISO αφορούν τα συγκεκριμένα αντιδραστήρια και αναλυτές.

9^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Δεδομένου ότι στη Διακήρυξη αναφέρεται μόνο ο συνολικός ετήσιος αριθμός εξετάσεων, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τον ετήσιο αριθμό εξετάσεων ανά Μονάδα Υγείας, προκειμένου να υπολογιστούν με ακρίβεια οι ποσότητες των προσφερόμενων υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου κλπ).

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Βάση του πίνακα των Δημόσιων Δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τμήμα 2) που θα τοποθετηθούν οι αναλυτές και βάση των αιτούμενων εξετάσεων που ζητούνται (Τμήμα 1), οι εξετάσεις ανά αναλυτή μοιράζονται ισόποσα στους 29 αναλυτές. Διευκρινίζεται ότι το κριτήριο κατακύρωσης παραμένει η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των εξετάσεων συμπ/νων των αναλωσίμων όπως ζητείται στη Διακήρυξη.

10^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Η Διακήρυξη δεν περιλαμβάνει κρίσιμες πληροφορίες, απαραίτητες για τον υπολογισμό των ποσοτήτων των προσφερόμενων υλικών (αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, υλικών βαθμονόμησης και ελέγχου κλπ) και κατ' επέκταση τη διαμόρφωση της Οικονομικής Προσφοράς. Σχετικά, παρακαλούμε να μας γνωρίσετε τα εξής:

- ο Τις ημέρες που λειτουργούν ετησίως οι Μονάδες Υγείας (365 ημέρες ή 260 ημέρες)

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Ο αριθμός των ημερών λειτουργίας θα υπολογιστεί από τους οικονομικούς φορείς σε 260 ημέρες.

- ο Τη συχνότητα που θα διενεργείται ο ποιοτικός έλεγχος (ημερησίως, εβδομαδιαίως) καθώς και τα επιθυμητά επίπεδα ποιοτικού ελέγχου.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Όπως αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών (Παράρτημα 1 – Ενότητα 1) διενεργείται ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Επιπλέον όπως αναφέρεται στο 3.2.1.1.7. η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχο με εργαστηριακά δεδομένα όλων των παρτίδων των προϊόντων τόσο κατά την οριστική παραλαβή, όσο και κατά την διάρκεια χρήσεως, μετά από σχετική αναφορά του Δ/ντή του Εργαστηρίου, αρκούντως τεκμηριωμένη.

11^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Η παρ. 1 του άρθρου 3.2.2.1 της Διακήρυξης (σελ. 47) ορίζει το εξής : «Ο συνοδός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχειρίστος και συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων. Ζητείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το μηχάνημα κατασκευάστηκε μετά την 1-1-11 αναφέροντας τον σχετικό αριθμό σειρά S/N» ενώ η παρ. 3 Προδιαγραφές αυτόματων βιοχημικών αναλυτών ρουτίνας & εφημερίας για Βιοχημικό εργαστήριο (τύπος Γ) ορίζει το εξής : «Ο συνοδός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχειρίστος και συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων. Ζητείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το μηχάνημα κατασκευάστηκε μετά την 1-1-13 αναφέροντας τον σχετικό αριθμό S/N.

Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε την αιτούμενη ημερομηνία κατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Η αιτούμενη ημερομηνία κατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος είναι η μετά την 1-1-2013.

12^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Στην παρ. 3 της ενότητας Προδιαγραφές Αυτόματων Βιοχημικών Αναλυτών Ρουτίνας & Εφημερίας για Βιοχημικό Εργαστήριο (Τύπος Γ) (σελ 48) ορίζεται μεταξύ άλλων, το εξής: «Τα αντιδραστήρια να είναι σε υγρή μορφή στην πλειοψηφία τους (>80%) για αποφυγή λαθών από ανασυστάσεις».

Δεδομένου ότι από το σύνολο των είκοσι έξι (26) αιτούμενων ειδών εξετάσεων οι τρεις (3) είναι εξετάσεις ηλεκτρολυτών και η εξέταση LDL έχει μηδενικό ετήσιο αριθμό εξετάσεων, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε επί ποίου αριθμού υπολογίζεται το 80%, δηλαδή $26 \cdot 80\% = 20,8$ ήτοι 21 είδη αντιδραστηρίων σε υγρή μορφή ή $22 \cdot 80\% = 17,6$, ήτοι 18 είδη αντιδραστηρίων σε υγρή μορφή.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Λαμβάνοντας υπόψη τις 3 εξετάσεις Ηλεκτρολυτών και τη 1 εξέταση LDL , ο υπολογισμός θα γίνει για 22 είδη αντιδραστηρίων (σε υγρή μορφή).

13^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Στη σελίδα 42 της Διακήρυξης «Εγγυήσεις – Τεχνική Υποστήριξη», μεταξύ άλλων υπάρχει αναφορά και σε εφεδρικό αναλυτή. Ως εκ τούτου παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν πρέπει να παραδοθούν συνολικά 29 ή 58 αναλυτές.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Η παράδοση αφορά 29 αναλυτές.

14^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Στην παρ. 9 της ενότητας «Δυνατότητα Συντήρησης του Διατιθέμενου Μηχανήματος» ζητείται το εξής : «Συμμόρφωση CE σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια αρχή της χώρας παραγωγής»

Δεδομένου ότι η ως άνω οδηγία (89/336/ΕΟΚ) έχει αντικατασταθεί με νεότερες, παρακαλούμε να προχωρήσετε στις απαραίτητες διορθώσεις, για παράδειγμα ο ανωτέρω όρος να αντικατασταθεί ως εξής : «Συμμόρφωση CE, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρική & ηλεκτρονική συμβατότητα, πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια αρχή της χώρας παραγωγής».

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Ο όρος αντικαθίσταται ως εξής:

«Συμμόρφωση CE, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ηλεκτρική & ηλεκτρονική συμβατότητα, πιστοποιητικό ελεύθερης κυκλοφορίας από την αρμόδια αρχή της χώρας παραγωγής».

15^η Ερώτηση Οικονομικού Φορέα:

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε εάν με την Τεχνική Προσφορά πρέπει να κατατεθεί αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς – χωρίς τιμές- αλλά με τα προσφερόμενα είδη και τις προσφερόμενες ποσότητες.

Απάντηση Αναθέτουσας Αρχής:

Μπορεί να κατατεθεί αντίγραφο της οικονομικής προσφοράς χωρίς τιμές χωρίς όμως η μη κατάθεσή του να αποτελεί λόγο απόρριψης.