



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Τηλ : (213) 2010432/501
Fax : (213) 2010419
Email : promithies@lypatt.gr

Αθήνα 11-2-2019
Αρ. Πρωτ.: 8595

ΠΡΟΣ:

1. Κάθε ενδιαφερόμενο

ΘΕΜΑ : Διεκρινίσεις σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό με αρ. Διακ. 5/2019, για την «Προμήθεια αντιδραστηρίων βιοχημικών εξετάσεων με συνοδό εξοπλισμό (5 αναλυτές), CPV 33696300-8, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους για τις ανάγκες των δημοσίων δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), στο σύνολο των εξετάσεων, συμπεριλαμβανομένων των αναλωσίμων.

Σχετικά : 1 . Η υπ' αρ. 5/2019 Διακήρυξη

Σας ενημερώνουμε ότι εκ παραδρομής έχει γραφεί στη σχετική υπ' αρ. 5/2019 Διακήρυξη από την υπηρεσία μας το παρακάτω :

Η παρ. 1 του άρθρου 3.2.2.1. της Διακήρυξης (σελ. 26 ορίζει το εξής: « Ο συνοδός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων. Ζητείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το μηχάνημα κατασκευάστηκε μετά την 1-1-2011 αναφέροντας τον σχετικό αριθμό σειρά S/N»

ενώ

Η παρ. 3 «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΤΩΝ ΡΟΥΤΙΝΑΣ & ΕΦΗΜΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΤΥΠΟΣ Γ') ορίζει το εξής : Ο συνοδός εξοπλισμός πρέπει να είναι καινούργιος και αμεταχείριστος και συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων.

Ζητείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι το μηχάνημα κατασκευάστηκε μετά την 1-1-13 αναφέροντας τον σχετικό αριθμό σειρά S/N.

Η αιτούμενη ημερομηνία κατασκευής του προσφερόμενου μηχανήματος είναι η μετά την 1-1-2016.

Η ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΙΣΚΗΡΑ