



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  
1<sup>η</sup> ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &  
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Ταχ.Δ/νση: Ζαχάρωφ 3  
Πληροφορίες: Ε. Κολοκυθά  
Τηλ. 2132010425  
Fax.: 2132010419  
e-mail: [ekolokytha@1dype.gov.gr](mailto:ekolokytha@1dype.gov.gr)

6xεζικη  
ΑΔΑ: 96ΖΥ469Η26-ΟΓΙ

Αθήνα, 17/05/2023  
Αρ. Πρωτ. : 20644

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ της υπ' αρ. 47/2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

**ΘΕΜΑ :** Διευκρινίσεις που αφορούν στην υπ' αριθμ. πρωτ. 18888/04.05.2023 (α/α/ 47/2023) Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την *Σύναψη διετούς σύμβασης προληπτικής συντήρησης δεκατριών (13) Συστημάτων Υπερηχοτομογραφίας συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών – πλην υπερηχητικών κεφαλών – των Μονάδων Π.Φ.Υ. 1<sup>ης</sup> ΥΠΕ* με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης δεκαέξι χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (16.120€) συμπ/νου του ΦΠΑ ( 24%).

- Σχετικά : 1. Το από 12/05/2023 αίτημα παροχής διευκρινίσεων της εταιρείας GE Healthcare Α.Ε.  
2. Το από 15/05/2023 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας.

Σε απάντηση του από 12/05/2023 αιτήματός σας ισχύουν τα κάτωθι:

- Α).** Δύναται να υποβληθούν προσφορές και για μέρος της Υπηρεσίας ως ζητείται από την Πρόσκληση.  
**Β).** Για τα συστήματα end of life μπορεί να γίνει χρήση συμβατών ανταλλακτικών.  
Αν δεν είναι δυνατή η επισκευή τους ούτε με τη χρήση συμβατών ανταλλακτικών τότε, για τα συστήματα αυτά, συντάσσεται έκθεση για την αχρήστευσή τους και αφαιρούνται από την Σύμβαση με ανάλογη μείωση του συμβατικού ποσού.  
**Γ).** Η ημερομηνία υποβολής παρατείνεται έως και την Παρασκευή 19/05/2023 και ώρα 14:00

Οι ανωτέρω διευκρινίσεις θα αναρτηθούν για ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

**Ο Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Η Σ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΘΗΣ**